

聯合人體試驗委員會 第 392 次審查會議 會議紀錄

會議時間：2019年10月18日下午二點

會議地點：臺北市北投區石牌路二段331巷5-1號

主席：何橈通 主任委員

出席人員：(生物醫學科學) 何橈通、劉秀枝(女性)、林永昌、陳曾基  
(非生物醫學科學) 張淑英(女性)、江淑瓊(女性)、邱文聰

請假人員：(生物醫學科學) 劉影梅(女性)、陳書毓(女性)  
(非生物醫學科學) 林裕順

法定最低人 出席 7 (人)

數(6人)： 男性 4 (人) 女性 3 (人)

生物醫學科學委員 3 (人) 非生物醫學科學委員 4 (人)

機構內委員 3 (人) 非機構內委員 4 (人)

會議紀錄：楊晉豪

---

### 壹、主席宣讀利益迴避原則

在今天開會之前，請各位委員審視今日審查案件中，是否有足以影響審查之客觀性的利益衝突，如有利益衝突者，請主動提出並迴避

### 貳、確認聯合人體試驗委員會第三八九會議紀錄(見電子檔)

### 參、新案審議案件

1、中山醫學大學附設醫院黃建寧醫師等主持之『評估瑞特連續血糖監測系統於糖尿病患者血糖監測之安全性與有效性』案(編號：19-005-T-1)(新案)

決議：依會議審查意見修正後，通過。

結論：

(一)每6個月繳交一次期中報告。

(二)受試者同意書

1.建議增加配帶植入探針時，日常生活上應注意之處。如：探針是否會刺痛或碰撞時移動該如何處置。